

Nom du produit:	Echogel 20	Numéro de lot:	25J032
Date:	09/16/2025	Date de péremption:	09/2030
Classification:	Couplant à ultrasons	Bon de commande:	

Le matériau et le numéro de lot listés, lors des tests au moment de la fabrication, sont par la présente certifiés conformes aux exigences pour les tests de teneur en soufre et en halogène.

- Code des chaudières et des appareils sous pression de l'ASME, édition 2025, section V, Examen non destructif.

Spécification : Résultats des tests ioniques

Les résultats des tests obtenus sont les suivants :

Essai	Résultat ppm
Teneur en soufre	<10
Teneur en halogènes (Cl+F)	<10

Ce matériau est certifié exempt de mercure et a été fabriqué sans équipement contenant du mercure.

Remarques :

1. ☐ Notre numéro de lot apparaît au bas de toutes les bombes aérosol et sur l'étiquette de tous les contenants en vrac.
2. ☐ La certification ci-dessus donne les résultats obtenus au moment de la fabrication. L'âge et l'utilisation peuvent altérer les propriétés de tout matériau.



Laurie Marx
Gestionnaire du contrôle de la qualité